

Piaseczno, dnia 21 października 2020 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą treści teŹe Specyfikacji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawę i montaż cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń oraz rozbudową systemu ArPACS” dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, znak sprawy 4/D/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 z późn. zm.), wobec wpłynięcia wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania oraz zmienia treść SIWZ w poniŹszym zakresie:

Pytanie Nr 1:

Czy zamawiający dopuści aparat bez elektrycznej regulacji wysokości?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1:

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR



mgr Marta Dorociak-Burza